

关于 扬州市妇幼保健院+病理科染色封片一体机采购项目

进口产品的专家论证意见公示

一、申请单位：扬州市妇幼保健院

二、采购项目名称：病理科染色封片一体机

三、论证专业人员意见

- 医院拟购买的染色封片一体机应具有染色/封片速度匹配, 紧急样本处理功能; 可同时运行多个不同的染色程序; 安全的染色封片工作环境; 干封/湿封可任意选择; 常规染色及多种特殊染色; 多个工作站点。

综上所述, 国产设备难以满足临床需求, 且此设备不在国家禁止采购范围目录内, 因此建议采购进口产品。

四、论证专业人员信息 (必须包括 1 名法律专家)

序号	专业人员姓名	专业人员职称	专业人员工作单位
1	郭奎	高级技师	南京市妇幼保健院
2	邵勤	高级工程师	江苏省中医院
3	陈渊华	副主任医师	南京市口腔医院
4	杨玉志	高级工程师	南京鼓楼医院
5	马丹	律师	炜衡律所事务所

特此公示。如有异议, 请于 2019 年 08 月 12 日下午 5 点 30 分 (公示 7 个工作日) 前携书面材料与以下联系人联系。在该期限后提出的申请将不再受理。

联系人: 杨善 联系电话: 13852729808

扬州市财政局政府采购监督电话: 0514-87354586。

申请单位: 扬州市妇幼保健院

2019 年 08 月 02 日

关于 扬州市妇幼保健院+多功能肺测试仪采购项目

进口产品的专家论证意见公示

一、申请单位：扬州市妇幼保健院

二、采购项目名称：多功能肺测试仪

三、论证专业人员意见

医院拟购买的多功能肺测试仪应能检查通气功能、慢肺活量及流速容量环；适合用于儿童、老人、呼吸困难、COPD 病人的测试，不受肺通气血流分布的影响；具有实时快速的监测；便于拆卸消毒，避免交叉感染。

综上所述，国产设备难以满足临床需求，且此设备不在国家禁止采购范围目录内，因此建议采购进口产品。

四、论证专业人员信息（必须包括 1 名法律专家）

序号	专业人员姓名	专业人员职称	专业人员工作单位
1	郭奎	高级技师	南京市妇幼保健院
2	邵勤	高级工程师	江苏省中医院
3	陈渊华	副主任医师	南京市口腔医院
4	杨玉志	高级工程师	南京鼓楼医院
5	马丹	律师	炜衡律所事务所


特此公示。如有异议，请于 2019 年 08 月 12 日下午 5 点 30 分（公示 7 个工作日）前携书面材料与以下联系人联系。在该期限后提出的申请将不再受理。

联系人： 杨善 联系电话： 13852729808

扬州市财政局政府采购监督电话：0514-87354586。

申请单位： 扬州市妇幼保健院

2019 年 08 月 02 日


8.2

关于 扬州市妇幼保健院+儿科呼吸机采购项目

进口产品的专家论证意见公示



一、申请单位：扬州市妇幼保健院

二、采购项目名称：儿科呼吸机

8.2

三、论证专业人员意见

医院拟购买的呼吸机应适用于婴幼儿、小儿和成人。配备多种适用于新生儿患者的呼吸模式；先进的比例辅助通气和血氧饱和度控制模式；比例阀式控制系统，吸气/呼气端协同控制；呼气、吸气端应有细菌过滤器并可以高温高压消毒重复使用；进行监测警报：能够进行分钟通气量等项目的监测报警。

综上所述，国产设备难以满足临床需求，且此设备不在国家禁止采购范围目录内，因此建议采购进口产品。

四、论证专业人员信息（必须包括 1 名法律专家）

序号	专业人员姓名	专业人员职称	专业人员工作单位
1	郭奎	高级技师	南京市妇幼保健院
2	邵勤	高级工程师	江苏省中医院
3	陈渊华	副主任医师	南京市口腔医院
4	杨玉志	高级工程师	南京鼓楼医院
5	马丹	律师	炜衡律所事务所

特此公示。如有异议，请于 2019 年 08 月 12 日下午 5 点 30 分（公示 7 个工作日）前携书面材料与以下联系人联系。在该期限后提出的申请将不再受理。

联系人： 杨善 联系电话： 13852729808

扬州市财政局政府采购监督电话：0514-87354586。

申请单位： 扬州市妇幼保健院

2019 年 08 月 02 日